



Radiología



0 - EL MENISCO ARRUGADO: Patología o defecto técnico?

R. Vidal Pérez, A. Quintela Aguado, C. Vilà Parera, N. Romera Lobato y M. Escobar Amores

Centro Médico Teknon, Barcelona, España.

Resumen

Objetivo docente: Dar a conocer un hallazgo poco frecuente en los estudios por Resonancia Magnética de la rodilla como es la imagen de menisco arrugado. Proponer las posibles causas que originan dicha alteración en la imagen. Mostrar la correlación que existe con los hallazgos en artroscopia.

Revisión del tema: Durante un periodo superior a los 7 años se fueron recogiendo los casos de imagen en menisco arrugado que se obtenían en nuestros estudios. Se valoraron hallazgos concomitantes que correspondieran a rotura o desinserción meniscal. Se consideró la posibilidad de errores en la colocación del paciente en los casos en que no se objetivó lesión meniscal. Llegándose a repetir estudios y constatándose la normalidad de estos y la desaparición de la imagen de menisco arrugado. Se estableció correlación de casos con el estudio artroscópico posterior.

Conclusiones: La imagen de menisco arrugado por RM tiene su origen tanto en la existencia de lesiones que condicionan rectificación en la morfología meniscal, como en el posicionamiento de la extremidad dentro de la bobina en el momento de realizar el estudio.