



Radiología



OPTIMIZACIÓN DE PROYECCIONES RADIOLÓGICAS EN PORTADORES DE TRUELOK RING FIXATION SYSTEM®

J. Moran Marsili¹, M. Bret Zurita¹, J. Cabello Blanco¹, E. Cuesta López², J.C. de la Fuente Esparza¹ y C. Prieto Arellano¹

¹Hospital Infantil, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España. ²Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

Resumen

Objetivos: Mejorar la visualización del callo de elongación de hueso largo de miembros inferiores minimizando la exposición a radiación ionizante en niños con TrueLok Ring Fixation System®.

Material y métodos: Hemos utilizado un Sawbone® tibia model de 41 × 3,7 × 2,6 cm (LxAPxT). Sobre éste se montaron dos anillos fijadores externos TrueLock Hexapod® (TL-HEX) de 160 cm fijados con agujas de Kirschner de 1,8 mm y 5 mm y 6 puntales medium TL-HEX a 30°. Practicamos una osteotomía entre ambos anillos y los separamos 5 cm. En la sala de radiología situamos el modelo en horizontal. Fijamos el tubo a 100 cm de altura, en plano transversal respecto al eje del modelo (90°) y paralelo al anillo proximal. Obtuvimos RX centradas entre los anillos en AP (entre los puntales 1-2) y oblicuas de 30°, 45°, y 60° (entre los puntales 6-1 y 2-3), sin cambiar eje-altura del tubo ni posición del modelo. Corregimos la deformación de la imagen colocando el chasis a 45° respecto al plano de la mesa.

Resultados: En posición 1-2 no hubo superposición metal-callos. En posiciones 6-1 y 2-3, no hubo superposición en 60°.

Conclusiones: Con el Sawbone® tibia model and TL-HEX®, demostramos que la proyección AP pura con tubo transversal es esencial para realizar solamente 2 o 3 RX, disminuyendo la radiación e incrementando la comodidad del paciente.