




Avances en Diabetología



P-063. - EVALUACIÓN DEL EFECTO SOBRE EL CONTROL METABÓLICO DE LA HERRAMIENTA CALCULADOR DE BOLOS Y COMPARACIÓN ENTRE SUS FORMAS SENCILLA Y AVANZADA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

E. Gómez Liébana, I. Jiménez Varo, D.G. Ariadel Cobo, A. Romero Lluch, N. Gros Herguido^a, B. González Aguilera, F. Losada Viñau y A. Pumar López

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen

Objetivos: Analizar si el empleo del calculador de bolos, en sus formas sencilla y avanzada reporta mejoría en el control glucémico de nuestros pacientes DM tipo 1 y si existen diferencias entre ellas, en las condiciones de nuestra práctica clínica habitual.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de 57 pacientes DM tipo 1 (32 hombres y 25 mujeres). La edad media de los pacientes era de $36,09 \pm 11,66$ años (19-63 años) y el tiempo medio de evolución de la enfermedad de $16,86 \pm 8,41$ años (1-35 años). La mayoría (41 de 57, 71,93%) ya estaban adiestrados en el cálculo para la corrección del bolo prandial según nivel de glucemia, objetivo de control y Factor de Sensibilidad (equivalente al calculador de bolo en su forma sencilla). A todos ellos, se le indicó el uso del calculador de bolo en su forma avanzada y se le instruyó mediante un curso de educación avanzado y específico y se procedió a evaluar su efecto sobre el control metabólico mediante HbA1c determinada al menos 3 meses después del empleo de la herramienta.

Resultados: La HbA1c media en la primera consulta del total de pacientes fue de $8,06\% \pm 0,92$, siendo de $7,79\% \pm 0,74$ la media del grupo que aplicaba el cálculo del bolo en su forma sencilla y del $8,76\% \pm 0,98$ la del grupo que no lo aplicaba. En la evaluación efectuada 3-6 meses después de los datos iniciales y tras llevar al menos 3 meses de empleo del calculador en su forma avanzada, se objetivó una mejora del 0,22% de la HbA1c global, pasando del $7,79\% \pm 0,74$ antes de la implantación del calculador de bolos al $7,57\% \pm 0,79$ tras la misma. En el grupo de pacientes que aplicaban previamente el cálculo en su forma sencilla, la HbA1c mejoró 0,31%, pasando del $7,79\%$ al $7,48\% \pm 0,83$, mientras que en el grupo en el que no se aplicaba previamente, mejoró 1,09%, pasando del $8,76\%$ al $7,67\% \pm 0,72$.

Conclusiones: El empleo del calculador de bolos en sus formas sencillas y avanzada, es una herramienta que mejora apreciablemente el control metabólico de los pacientes DM tipo 1. La forma avanzada representa un plus de mejora en relación al modo sencillo, en el control metabólico de los pacientes.