



O-065 - RESULTADOS DE LA REPARACIÓN DE HERNIA VENTRAL POR LAPAROSCOPIA CON COLOCACIÓN DE MALLA COMPUESTA FLEXIBLE ETHICON PYSIOMESH™

Morell, Natàlia; Julià, Elisabet; Hugué, Àlex; Bombuy, Ernest; Mans, Esther; Suñol, Xavier

Consorti Sanitari del Maresme, Mataró.

Resumen

Introducción: La reparación laparoscópica de la hernia ventral (IPOM) es una técnica aceptada con resultados similares a la cirugía abierta. Para la realización de IPOM hay en el mercado numerosos tipos de malla, entre ellas la Malla compuesta Flexible EthiconPhysiomeshtm. En mayo de 2016 Ethicon retiró esta malla después de obtener unos malos resultados en dos grandes estudios en los que se observaba elevadas tasas de recidiva.

Objetivos: Valorar la tasa de recidiva de pacientes con hernia ventral reparada por laparoscopia utilizando la Malla compuesta Flexible EthiconPhysiomeshtm.

Métodos: Estudio observacional retrospectivo de base de datos de pacientes intervenidos de hernia ventral por laparoscopia con colocación de malla Ethicon Pysiomeshtm entre el 2014 y 2016 en el servicio de cirugía general del Hospital de Mataró. Los pacientes seleccionados presentaban hernias de la región umbilical menores de 5 cm de diámetro, obesidad (IMC > 30) o se trataba de hernias recidivadas. Se colocaron mallas de 15 × 15 cm o 15 × 20 cm fijadas con puntos cardinales de polipropileno transparietales y corona de tackers reabsorbibles.

Resultados: Entre los años 2014 y 2016 se intervinieron en nuestro centro 16 pacientes. Los pacientes tenían una edad media de 61 ± 9,5 años, un IMC medio de 35,3 ± 5 Kg/m² y un 81% (13/16) presentaban hernia recidivada. El diámetro transversal medio de las eventraciones fue de 3,9 ± 1,2 cm y el diámetro longitudinal fue de 3,5 ± 1,6 cm. El tiempo quirúrgico medio de la intervención fue de 68,1 ± 13,5 minutos con una estancia hospitalaria media de 2 ± 1 días. De todos los pacientes intervenidos sólo uno presentó infección de la herida en forma de onfalitis. El seguimiento medio de 18 meses (12-36 meses). Cinco pacientes (31,25%) presentaron recidiva durante el seguimiento, 4 de ellos en los primeros 12 meses y uno a los 36 meses. Fueron reintervenidos 4 de 5 pacientes mediante abordaje anterior y técnica de RIVES, con buenos resultados.

Conclusiones: La reparación de hernia ventral por laparoscopia con colocación de malla compuesta flexible Ethicon Pysiomeshtm en nuestro centro ha obtenido malos resultados a corto plazo.