



# Radiología



## 0 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO EFECTIVO PARA MEJORAR LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE DOSIS A PACIENTES EN PROCEDIMIENTOS TAC

*J. Almansa López, C. Jover Pérez e I. González Vecín*

*Granada, España.*

### Resumen

**Objetivos:** En la actualidad la mayor parte de los TACs muestran información sobre dos índices de dosis ( $CTDI_{vol}$  y DLP) antes y después de realizar la adquisición. Esto desde 2002 es un requisito para los fabricantes (IEC 60601-2-44) de TACs. Sin embargo, la dosis recibida por un paciente depende del tamaño del paciente y del protocolo utilizado, dando cuenta el  $CTDI_{vol}$  únicamente de la parte del protocolo. Nuestro objetivo es implementar un método de cálculo del tamaño efectivo del paciente integrado en la herramienta de recogida y análisis de procedimientos TAC actualmente en funcionamiento en nuestro centro.

**Material y método:** El informe publicado en 2011 del grupo 204 de la AAPM introduce estimadores del tamaño del paciente y de los factores de modificación de los indicadores de dosis ( $CTD_{vol}$ ) para ser utilizados de forma rutinaria en base a medidas de las dimensiones lateral y/o antero-posterior realizadas sobre imágenes axiales o topogramas. Nuestro programa (desarrollo propio, realizado en Perl y utilizando dcmtk) recoge sistemáticamente los parámetros  $CTDI_{vol}$  y DLP de las exploraciones realizadas en nuestro centro (5 TACs). Además incorporamos la metodología descrita por Cheng (J Digit Imaging. 2013;26:406-11) para calcular el diámetro efectivo del paciente utilizando un sistema de umbralización de las imágenes.

**Resultados:** Hemos comprobado el funcionamiento de nuestro algoritmo frente a medidas manuales del tamaño del paciente, incorporado estos resultados a la gestión de dosis que realizamos.

**Conclusiones:** Nuestro programa de recogida de información de exploraciones TAC incorpora de forma automática la estimación del tamaño del paciente para las exploraciones objeto del estudio.